



EX.2021-00741924-NEU-DESP#MS
LICITACION PUBLICA N° 353

EXPEDIENTE N° 8600-055837/2021

SEÑOR PROVEEDOR

PRESENTE.

Me dirijo a Ud., a efectos de solicitarle preferente atención a lo siguiente:

El pliego se publica sin cargo, debiendo ser impreso en su totalidad, como así también Notas Aclaratorias, Aclaraciones en consulta, si las hubiere, etc.

La cotización debe ser remitida en sobre cerrado.

Toda la documentación deberá ser debidamente firmada.

La propuesta deberá armarse de la siguiente manera:

- a) Fotocopia de Número de Proveedor
- b) Pliego y Convenio
- c) Oferta Económica
- d) Documento de Garantía por el 10% del monto total mayor de la oferta.
- e) Poder del firmante – contrato social
- f) Sellado de Ley (\$10,00 POR FOJA)
- g) La cotización deberá ser ESCANEADA en su totalidad la que será requerida a posterior del Acto de Apertura para ser incorporada al SISTEMA GDE.

Atentamente.

SUBSECRETARÍA DE SALUD

**DIRECCION GENERAL DE COMPRAS
DIRECCION DE EQUIPAMIENTO**



PEDIDO DE PRESUPUESTO

Ex-2021-00741924-NEU-DESP#MS

Apertura:	20-09-2021
Hora:	12:00

Expediente 2021-8600-055837/0

Licitación Pública (sobre único) Nro. 353

Lugar Apertura de Sobres: DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES

Presentacion de Ofertas: DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES

Domicilio en: (Antartida Argentina 1245)- Neuquen

Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto 2758/95, sus modificatorios y complementarios (Reglamento de Contrataciones).

Se comunica al Proveedor que al momento del Acta de Apertura se dará cumplimiento al Dto. 1394/14 sobre el Certificado de Cumplimiento Fiscal Web.

Saludo a Ud. muy atentamente.

Re	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofr	Cant Ofr	Precio Unitario	Precio Total
1	1		ECOGRAFO; Tipo Multiproposito Doppler Color - Uso Estudios Ecográficos Médicos generales/cardiológicos básicos/ginecológicos/obstétricos Marca Ofrecida:			\$	\$
2	2		CARDIODEFIBRILADOR; Tipo Cardiodesfibrilador con monitor cardíaco - Alimentación Bateria y red eléctrica - Accesorio Con Marca Ofrecida:			\$	\$
3	4		MONITOR PARAMETRO FISIOLÓGICO; Tipo Portátil con ECG/Temperatura/Presión Arterial No Invasiva/Saturación de Oxígeno - Marca Sugerida: Ver pliego de especificaciones Marca Ofrecida:			\$	\$
4	1		EQUIPO RADIOLOGICO RODANTE; Alimentación 120 - 220 - 240 V - Frecuencia 50 - 60 Hz - Distancia Focal 20 Cm - Diámetro Focal 6 A 7 Cm Marca Ofrecida:			\$	\$

Total Cotizado:

Cantidad de Renglones a Cotizar: 4

Mantenimiento de oferta: 45 días

Forma de Pago: Treinta días fecha factura



Plazo de Entrega: **S/Clausula 16°)**

Cronograma de Entregas

	Cant Sol	Plazo de Entrega	Dependencia
1	1	60	HOSPITAL ALUMINE
2	2	30	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
3	4	30	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
4	1	60	HOSPITAL ALUMINE

Firma

Referencias:

Re (N° de Renglón) Cant Sol (Cantidad Solicitada) Per Sol (Cantidad de Periodos Solicitados)

Cant ofr (Cantidad Ofertada) Per Ofr (Cantidad de Periodos Ofertados)



**Pedido de Presupuesto
Anexo**

Apertura:	20-09-2021
Hora:	12:00:00

Expediente 2021-8600-055837/0

Licitación Pública (sobre único) Nro. 353

Lugar: Antartida Argentina 1245

Presentacion de Ofertas:

	Descripcion
1	<p>ECOGRAFO; Tipo Multiproposito Doppler Color - Uso Estudios Ecográficos Médicos generales/cardiológicos básicos/ginecológicos/obstétricos</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Sistema totalmente digital de diagnóstico por imágenes por ultrasonido, de ultima generación, multipropósito.</p> <p>(Quedara acriterio del comité evaluador el desestimar toda oferta que no especifique técnicamente las características del equipo ofrecido. No se aceptaran ofertas cuya descripción solo sea "en todo de acuerdo con las especificaciones técnicas del pliego").</p> <p>Como mínimo deberá poseer los siguientes modos de trabajo: (ESPECIFICAR CLARAMENTE SI CUMPLE CON CADA UNO DE LOS MODOS DE TRABAJO Y CUALQUIER OTRO MODO ADICIONAL) Modo B, Modo M, Doppler Espectral Pulsado (PWD) y Doppler Continuo, Doppler Color (CDI), Power Doppler (CPD), Imagen Armónica Tisular (THI) e Imagen Doppler Tisular (TDI)</p> <p>* Equipo fácilmente transportable, con todas sus ruedas dirigibles, ergonómico y con freno.</p> <p>* Monitor de al menos 21.5" LCD de retroiluminación LED con al menos 1600 x 900 de resolución, con ajuste de posición en altura y hacia adelante y atras con rotación e inclinación y ajuste digital de brillo y contraste.</p> <p>* Panel de control iluminado y teclado, de altura ajustable para mayor confort del usuario.</p> <p>* Con parlantes de alta fidelidad incorporados en la consola.</p> <p>* Deberá contar con una Pantalla asistente táctil multipropósito LCD de una medida superior a las 10" (diez pulgadas), de alta resolución color para facilitar la tarea del usuario mediante menús configurables tales como cambio de transductores, configuración de acceso a mediciones, etc.</p> <p>* Salidas de video para visualización en un segundo monitor.</p> <p>* Los transductores deberán ser de banda ancha, multifrecuencias y se deberán poder seleccionar, al menos 3 frecuencias distintas de operación para el Modo B, 3 para Modo THI y 2 o más para los Modos PWD, CDI, CPD, especificando el oferente claramente todas las frecuencias para cada uno de los transductores ofertados.</p> <p>* Posibilidad de conectar simultáneamente un mínimo de 4 (cuatro) transductores (sin contar el transductor lápiz o pedoff). Estos cuatro conectores activos serán del mismo tipo permitiendo al usuario colocar cualquier transductor en cualquier puerto</p>

